

Interpretation Bowie-Dick-Testergebnisse

BD-CONTROL und BD-CONTROL KIT vor der Testdurchführung

Bowie-Dick Test • 134°C / 3.5 min. • EN 867-1 / Klasse B, Class B DAMPF STEAM

Betrieb/Abteilung
Site/Department

Sterilisator Nr.
Sterilizer No.

Kontrollleur
Supervisor

Bewertung
Result

Zyklus Nr.
Cycle No.

Datum
Date

Ausführender
Operator

BD-CONTROL und BD-CONTROL KIT nach erfolgreicher Testdurchführung

Bowie-Dick Test • 134°C / 3.5 min. • EN 867-1 / Klasse B, Class B DAMPF STEAM

Betrieb/Abteilung
Site/Department

Sterilisator Nr.
Sterilizer No.

Kontrollleur
Supervisor

Bewertung
Result

Zyklus Nr.
Cycle No.

Datum
Date

Ausführender
Operator

Interpretation Bowie-Dick-Testergebnisse

BD-CONTROL und BD-CONTROL KIT Deutlicher Funktionsfehler des Sterilisators

Bowie-Dick Test • 134°C / 3.5 min. • EN 867-1 / Klasse B, Class B DAMPF STEAM

Betrieb/Abteilung
Site/Department

Sterilisator Nr.
Sterilizer No.

Zyklus Nr.
Cycle No.

Datum
Date

Ausführender
Operator

Kontrollleur
Supervisor

Bewertung
Result

BD-CONTROL und BD-CONTROL KIT Grenzwertiger Funktionsfehler gemäß EN ISO 11140-4:2007

Bowie-Dick Test • 134°C / 3.5 min. • EN 867-1 / Klasse B, Class B DAMPF STEAM

Betrieb/Abteilung
Site/Department

Sterilisator Nr.
Sterilizer No.

Zyklus Nr.
Cycle No.

Datum
Date

Ausführender
Operator

Kontrollleur
Supervisor

Bewertung
Result